

Q 060120



FDA-Konformitätserklärung / FDA Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass die NORMAG-Komponenten
We hereby declare, that the NORMAG components

Dichtungen / gaskets
CGR/CGG/CGF/CGP/CGC/CGS/CGH

Adapter / adaptors
CGE/PA

Faltenbälge / bellows
CB/CBG/CBE/CBA/ CB-O1/CBG-O1/CBE-O1/CBA-O1

Ventile / valves
VE/VS/VD/VAVT/VED/VP/VCE/VSL/VSG/VSR/VG/VNV/VNI/VNH/VBP/VBG/VR/VOB

Bügelverschlüsse / clip caps
CQLC

Schraubverschlüsse / screw caps
CQLT

produktberührend aus Borosilicatglas 3.3, virginalem oder leitfähigem PTFE hergestellt
sind.

are made of Borosilicate Glass 3.3, virginal or conductive PTFE in the product touched
area.

Wir bestätigen, dass das verwendete PTFE mit den folgenden Richtlinien konform ist:
We certify that the PTFE used is in accordance with

- FDA "White List", FDA Norm 21 CFR § 177.1550
- Kunststoffrichtlinie 2002/72/EG / EU-Directive 2002/72/EC,
- Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz LMBG §30 & §33
- Empfehlungen des BfR / BfR Recommendations

NORMAG Labor- und Prozesstechnik GmbH

Ilmenau, 09.03.2015

.....
Martin Winter
Qualitätsbeauftragter/Quality Manager